


Multifunkční přenosný detektor GD550

Technické podmínky a návod k použití



- Detekce hořlavých plynů, CO, chladiv, CO₂, tlaku, teploty, ...
- Přehledný barevný displej
- Vestavěné akumulátory
- Nabíjení přes USB-C
- Automatický záznam dat
- Možnost přenosu dat do PC (bez nutnosti speciálního kabelu nebo software)
- Akustická signalizace
- Vestavěná LED svítilna
- Zpětná kompatibilita se sondami dodávanými k přístroji GD500

GD550 je detekční přístroj, který umožňuje detekovat nebo měřit různé veličiny v oboru servisních a revizních činností u plynových zařízení. Měření jednotlivých veličin se provádí prostřednictvím výměnných sond připojených k přístroji GD550. Přístroj GD550 patří do kategorie diagnostických – servisních přístrojů, není určen pro přesná laboratorní měření. Jeho hlavním účelem je především zjištění zdrojů úniku plynu.

Obsah

Technické parametry GD550	3
Seznam přípojných sond a příslušenství GD550	3
Zapnutí a vypnutí přístroje	6
Měření a záznam dat	7
Přenos dat do PC	8
Nabíjení přístroje	9
Pomocná LED svítilna	9
Akustická signalizace	9
Automatické vypnutí	9
Menu	9
Přípojné sondy	11
Plynová sonda PS30, PS32, PS51	11
Plynová sonda PS33	12
Plynová sonda PS60 pro detekci CO	13
Plynová sonda PS70 pro detekci O ₂	14
Plynová sonda PS80 pro detekci CO ₂	15
Plynová sonda PS42 pro detekci chladiva	16
Tlakové sondy TS02, TS05, TS15, TS75, TS250, TS750, TS6M	17
Teplotní sondy T205, T405	19
Napěťová sonda VKAB	19
Proudová sonda AKAB	20
Analyzátorová sonda AS01 nebo AS02	20
Připojení tiskárny ke GD550	21
Bezdrátový modul WA02	22
Co dělat když...	24
Servis	24

Technické parametry GD550

Mechanické rozměry	73 x 140 x 33 mm
Celková hmotnost	cca 200 g
Provozní prostředí	0 až 40°C, 0 až 95% RH okolní tlak 90 – 110 kPa, bez nebezpečí výbuchu
Skladovací teplota	-20 až 50°C, nekondenzující vlhkost
Konstruováno	dle ČSN EN 60079-29-1

Seznam přípojných sond a příslušenství

GD550 je standardně dodáván s nabíjecím adaptérem a kabelem USB A–C, který je možné použít jak k připojení nabíjecího adaptéru, tak k připojení GD550 k PC. Ostatní sondy jsou dodávány na základě objednávky zákazníka.

Označení sondy	Detekovaná veličina	Mechanické provedení	Rozsah	Poznámka
PS30	Hořlavé plyny	Pevné	50 %LFL	*
PS32	Hořlavé plyny	Ohebný krk	50 %LFL	Katalytické čidlo
PS33	Hořlavé plyny	Pevné	50 %LFL	
			22 000 ppm	
PS51	Hořlavé plyny	Kabel	50 %LFL	*
PS60	CO	Pevné	300 ppm	*
PS70	O ₂	Pevné	30%	*
PS80	CO ₂	Pevné	5000 ppm	
PS42	Chladiivo	Ohebný krk	2000 ppm	
TS15	Tlak	Hadička	15 kPa	*
TS75	Tlak	Hadička	75 kPa	*
TS250	Tlak	Hadička	250 kPa	*
TS750	Tlak	Závit	750 kPa	*
TS6M	Tlak	Závit	6 MPa	*
TS02	Tlak	Hadička	±200 Pa	*
TS05	Tlak	Hadička	±500 Pa	Průtokové čidlo
T205	Teplota		220°C	*
T405	Teplota		400°C	*
VKAB	Napětí		50 V	
AKAB	Proud		30 mA	
AS01	Analyzátorová sonda			*
AS02				*

* Takto označené sondy je možné připojit také k již nevyráběnému přístroji GD500.


Ke GD550 je dále možné přiojednat:

- klip na tělo GD550, který umožňuje uchycení přístroje například za opasek
- koženkové ochranné pouzdro
- prodlužovací kabel pro sondy PSKAB
- dálkové ovládání WA02 pro ovládání detektorů řady GI30W
- malá tiskárna na termopapír pro tisk dat z GD550 bez nutnosti připojení k PC


Ke GD550 je možné připojit také sondy PS50, PS52, PS56 a PS57, které byly dodávány k přístroji GD500. Sonda PS50 je obdobná sondě PS30 popsané dále, sonda PS52 je obdobná sondě PS32, sonda PS56 je obdobná sondě PS60 a sonda PS57 je obdobná sondě PS70. Kabel USBKAB a WA01 určené pro GD500 není možné ke GD550 připojit.

Mechanické provedení


Pevné – PS30, PS33, PS35, PS60, PS70, PS80







PSKAB (prodlužovací kabel pro všechny typy sond)



Kabel – PS51



Ohebnýb krk – PS32, PS42**Hadička – TS05, TS15, TS75, TS250****Hadička – TS02****Závit – TS750, TS6M**


GD550

Zapnutí a vypnutí přístroje

Před zapnutím přístroje připojte do konektoru zvolenou sondu pro měření. Při zasouvání konektoru věnujte pozornost správné orientaci klíče na konektoru a konektor zajistěte převlečnou maticí. **Po zapnutí (pod napětím) neodpojujte, ani nevyměňujte měřicí sondy.** Toto vždy provádějte při vypnutém přístroji!

Přístroj se zapíná stiskem levého horního tlačítka [Ⓢ], které je umístěno nad symbolem [Ⓢ]. Po zapnutí blikne pomocná LED svítilna, zobrazí se úvodní obrazovka s informací o verzi nahraného firmware a zazní krátké pípnutí. Pro spuštění měření je nutné stisknout pravé horní tlačítko [Ⓢ]. V případě, že není start potvrzen pravým horním tlačítkem [Ⓢ] do pěti sekund od spuštění, tak dojde k vypnutí GD550.

Tento návod je určen pro GD550 s firmware verze 3.00. Instalaci nové verze firmware provádí bezplatně na požádání výrobce.




Přístroj je možné kdykoliv vypnout dlouhým stisknutím levého horního tlačítka [Ⓢ], případně volbou *Vypnout* v menu přístroje.

Měření a záznam dat

Po zapnutí přístroj automaticky rozpozná typ připojené sondy a začne zobrazovat měřené hodnoty. Hodnoty je možné sledovat ve třech typech obrazovky (*Hlavní obrazovka*, *Historie* a *Záznam*), mezi kterými je možné přeskakovat pomocí šipek. Obrazovky *Historie* a *Záznam* můžeme zobrazit také volbou z menu.


Hlavní obrazovka:

U hlavní obrazovky je v horním pruhu zobrazen čas a stav baterie. V dalším řádku pak typ zobrazované veličiny a níže aktuální měřená hodnota a jednotka. Výchylka ručičky měřáku je úměrná velikosti měřené veličiny. Měřák slouží uživateli například pro rychlé přehledové zjištění, zda je detekován únik, případně růst či pokles hodnoty veličiny. Nápis LED a Menu ve spodním pruhu popisují funkci tlačítek pod těmito nápisy. Pokud je zobrazována tato obrazovka, tak levé horní tlačítko rozsvěcí či zhasíná pomocnou LED svítilnu a pravé horní tlačítko vyvolává menu.



Historie:

V historii můžeme vidět průběh hodnot z čidla za posledních 90 sekund. Data jsou zobrazována ve formě grafu a dále je počítána maximální, minimální a průměrná hodnota v daném čase. Průběh historie je možné uložit do paměti přístroje pomocí pravého tlačítka a následně tato data přenést do PC. Historie slouží uživateli například pro rychlé přehledové zjištění, zda je detekován únik případně růst či pokles koncentrace.




Záznam:

Záznam představuje průběh dat od okamžiku zapnutí přístroje, případně od okamžiku, kdy bylo zvoleno smazání dosavadního průběhu. Záznam není nutné ručně zapínat. Průběh dat je možné uložit do paměti přístroje pomocí pravého tlačítka a následně tato data přenést do PC. Záznam je možné smazat stiskem levého horního tlačítka (případně pomocí kombinace libovolné šipky a pravého tlačítka, pokud byl záznam vyvolán volbou z menu).

Záznam je možné také uložit ve zvolený čas. Tento čas se nastavuje v menu při volbě *Záznamy* → *Aut. uložení*.

Záznam je možné použít v případě, že je potřeba ukládat delší časový průběh měření. Například při tlakových zkouškách.



Celkem se ukládá vždy až 500 hodnot. Na počátku s periodou jedné sekundy a následně po naplnění paměti dojde ke kompresi dat a perioda, se kterou se data ukládají, se prodlouží. Způsob komprese dat je možné nastavit v menu pomocí volby *Nastavení* → *Komprese*. Standardně se komprese provádí průměrováním hodnot, můžeme ale nastavit, že se při kompresi uloží maximální či minimální hodnota z kompresního intervalu.

Přenos dat do PC

Pro přenos dat stačí propojit GD550 s PC pomocí USB kabelu. Přístroj se připojí jako nový disk (obdobně jako flash disk) a zobrazí se uložené soubory. Název souboru je ve formátu AAAABBCC-DDEEFF.xxx kde AAAA představuje rok, BB měsíc, CC den, DD hodinu, EE minutu a FF sekundu uložení. Data jsou uložena jednak ve formátu .csv, kde jsou uloženy číselné hodnoty v textovém souboru a je možné je importovat například do tabulkového editoru typu excel, a dále jsou data uložena ve formátu .svg, který představuje graf naměřených hodnot. Formát .svg můžeme otevřít například ve všech standardních internetových prohlížečích, odkud je možné tento graf vytisknout na tiskárně.

Pro připojení k PC není vyžadován žádný speciální software a GD550 můžeme připojit jak k PC s operačním systémem Windows tak i se systémem Linux.

Během připojení GD550 k PC dochází k nabíjení akumulátorů GD550, ovšem s ohledem na standard USB rozhraní je přístroj nabíjen nižším proudem než v případě připojení k externímu adaptéru. Při připojení k PC není možné provádět na GD550 měření či jinak přístroj ovládat.

Nabíjení přístroje

Pro zahájení nabíjení přístroje stačí propojit přístroj s adaptérem pomocí USB kabelu. Nabíjení je indikováno rostoucím zeleným pruhem v symbolu baterie zobrazeném na hlavní obrazovce.

Přibližná doba nabíjení přístroje bez připojené sondy je asi 4 hodiny. V případě, že je k přístroji připojena sonda a probíhá měření, tak je doba nabíjení vyšší, neboť část energie spotřebovává připojená sonda.

Pomocná LED svítilna

Pomocná LED svítilna slouží k přisvětlení špatně osvětlených míst při měření. LED svítilnu můžeme rozsvítit či zhasnout levým horním tlačítkem při zobrazení hlavní obrazovky, nebo volbou z menu. U některých sond je levé horní tlačítko při zobrazení hlavní obrazovky použito k jiným funkcím.

Akustická signalizace

Akustická signalizace slouží k akustické signalizaci překročení určité úrovně měřené veličiny, případně k akustické indikaci zapnutí přístroje. Signalizaci můžeme nastavit v menu při volbě *Signalizace*. Nastavuje se zde *Úroveň* pro signalizaci překročení úrovně měřené veličiny. Buď můžeme nastavit pevnou hodnotu, při jejímž překročení dojde k aktivaci signalizace, případně můžeme nastavit volbu *Rostoucí*, kdy rychlost pípání akustické signalizace sleduje měřenou hodnotu. Pro nízkou koncentraci bude přístroj pípat pomalu, pro vysokou rychle.

U volby *Signalizace* → *Permanentní* můžeme zapnout trvalou indikaci zapnutí přístroje. GD550 pak každých 30 sekund dvakrát rychle pípne.

Automatické vypnutí

GD550 umožňuje zapnout režim *Automatické vypnutí*, jehož nastavení najdeme v menu pod volbou *Nastavení* → *Aut. vypnutí*. Při aktivaci tohoto režimu dojde po pěti minutách nečinnosti (kdy není stisknuto žádné tlačítko) k pohasnutí displeje a po hodině nečinnosti k vypnutí přístroje.

Menu

Menu je možné vyvolat stisknutím pravého tlačítka při zobrazení hlavní obrazovky. V menu je možné vybírat jednotlivé položky pomocí tlačítek nahoru a dolů, potvrzovat volby pomocí pravého tlačítka, případně se vrátit zpět pomocí levého tlačítka.

V menu je možné zvolit následující položky:

- **Záznamy**
 - **Historie** – zobrazení grafu s historií dat (viz sekce *Historie*)
 - **Záznam** – zobrazení grafu se záznamem dat (viz sekce *Záznam*)
 - **Automatické uložení** – nastavení času, kdy dojde k automatickému uložení záznamu dat do paměti přístroje (viz sekce *Záznam*)
- **LED zap./vyp.** – zapnutí či vypnutí vestavěné pomocné LED svítilny
- **Signalizace**
 - **Úroveň** – nastavení úrovně akustické signalizace při překročení měřené hodnoty (viz sekce *Akustická signalizace*)
 - **Permanentní** – zapnutí či vypnutí signalizace zapnutého přístroje (GD550 dvakrát rychle pípne každých 30 sekund)
- **Nastavení**
 - **Datum** – nastavení data
 - **Čas** – nastavení času
 - **Kompresse** – nastavení postupu při kompresi dat (viz sekce *Záznam*), umožňuje přepínat mezi volbou maximální hodnoty, minimální hodnoty a průměrnou hodnotou
 - **Aut. vypnutí** – v případě aktivování dojde při pěti minutách nečinnosti k pohasnutí podsvícení displeje a v případě jedné hodiny nečinnosti dojde k vypnutí přístroje
 - **Language** – nastavení jazyku, GD550 podporuje češtinu, angličtinu a slovenštinu
- **Plyn** – pouze u sondy PS33
 - **CH4** – nastavení přepočtu měřené hodnoty na metan
 - **C3H8** – nastavení přepočtu měřené hodnoty na propan
 - **H2** – nastavení přepočtu měřené hodnoty na vodík
- **Vypnout** – vypíná přístroj

PřípojnÉ sondy

Plynová sonda PS30, PS32, PS51

Sondy PS30, PS32 a PS51 slouží pro detekci hořlavých plynů v ovzduší. S její pomocí je možné odhalit i velmi malé úniky plynu z rozvodů a uzavřených technologických celků. U sond je pro detekci používáno žhavené polovodičové čidlo. Čidla nejsou selektivní, reagují na širokou řadu hořlavých látek.

Technické parametry:

Maximální rozsah detekce	50 %LFL
Detekované plyny	vodík, metan, propan, butan . . .
Standardní kalibrace	metan
Přesnost měření	10%
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	více jak 10 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme jej.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 nahřívát sondu na pracovní teplotu. Po tuto dobu jsou na displeji zobrazeny hodiny s pohybuující se ručičkou.
3. Po ukončení úvodního žhavení se na displeji objeví měřená hodnota.
4. Sondou pomalu posunujeme v malé vzdálenosti (do 1 cm) podle kontrolovaného objektu. V menu můžeme nastavit úroveň, od které se ozve varovný signál.
5. Při kontrole je nutné dbát na to, aby se sonda nedotýkala přímo objektu. Hrozí tím znečištění a případně zničení čidla sondy.
6. U sondy PS32 je potřeba sledovat, zda nedošlo k znečištění filtru před čidlem. V případě potřeby stáhněte plastovou pružnou krytku a vyměňte filtr za nový dobře prodyšný kus.

Upozornění:

Pro správnou činnost vyžaduje sonda ve svém okolí kyslík. Není určena pro použití v prostředí s vysokou koncentrací plynu. Některé chemické látky (např. na bázi S, P, As) nebo vysoká koncentrace plynu mohou čidlo sondy poškodit.

Plynová sonda PS33

Sonda PS33 slouží pro detekci hořlavých plynů v ovzduší. S její pomocí je možné odhalit i velmi malé úniky plynu z rozvodů a uzavřených technologických celků. U sondy je použito katalytické čidlo. Čidla nejsou selektivní, reagují na širokou řadu hořlavých látek.

Známa selektivita katalytického čidla umožňuje nastavit přepočtenou naměřenou hodnotu na hodnotu odpovídající metanu, propanu či vodíku. Pomocí sondy kalibrované na metan tak můžeme určit i koncentraci propanu či vodíku. Nastavení propočtu se provádí v Menu → Plyn → ...

U této sondy je také možné nastavit, zda se zobrazují hodnoty v jednotkách %LFL či v jednotkách ppm. Změnu jednotky můžeme provést levým horním tlačítkem při zobrazení hlavní obrazovky.

Funkce přepočtu a přepnutí na jednotky ppm vyžaduje firmware verze 3.0 a vyšší.

Technické parametry:

Maximální rozsah detekce	50 %LFL / 22 000 ppm pro metan 50 %LFL / 8 300 ppm pro propan 44 %LFL / 18 000 ppm pro vodík
Detekované plyny	vodík, metan, propan, butan ...
Standardní kalibrace	metan
Nastavitelný přepočten pro	vodík, metan, propan
Přesnost měření	10%
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	více jak 10 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme jej.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 nahřívat sondu na pracovní teplotu. Po tuto dobu jsou na displeji zobrazeny hodiny s pohyblivou ručičkou.
3. Po ukončení úvodního žhavení se na displeji objeví měřená hodnota.
4. Sondou pomalu posunujeme v malé vzdálenosti (do 1 cm) podle kontrolovaného objektu. V menu můžeme nastavit úroveň, od které se ozve varovný signál.
5. Při kontrole je nutné dbát na to, aby se sonda nedotýkala přímo objektu. Hrozí tím znečištění a případně zničení čidla sondy.

Upozornění:

Pro správnou činnost vyžaduje sonda ve svém okolí kyslík. Není určena pro použití v prostředí s vysokou koncentrací plynu. Některé chemické látky (např. na bázi S, P, As) nebo vysoká koncentrace plynu mohou čidlo sondy poškodit.

Plynová sonda PS60 pro detekci CO

Sonda PS60 je určena pro zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší. Její použití umožňuje detekovat i minimální koncentrace CO, které by mohly ohrozit zdraví osob v kontrolovaném prostoru. S pomocí této sondy nelze provádět analýzu plynné směsi – například zjišťovat koncentraci CO ve spalinách. V sondě je pro detekci používáno elektrochemické čidlo. Čidlo reaguje především na CO, ale mohou jej ovlivňovat i jiné látky (etylén apod.)

Technické parametry:

Maximální rozsah detekce	300 ppm
Detekované plyny	CO
Předpokládaná doba životnosti čidla	více jak 5 let
Přesnost měření	5%
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	cca 50 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme jej.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 ihned měřit. Jestliže sonda nebyla delší dobu používána, může několik minut trvat ustálení její nulové hodnoty.
3. Sondu umístíme v kontrolovaném prostoru. K ustálení údaje by mělo dojít do cca 1 minuty.
4. Pomocí tlačítek lze v menu přístroje zvolit hranici pro akustickou signalizaci.
5. Při použití je nutné dbát na to, aby nedošlo k znečištění, zaplavení nebo mechanickému poškození sondy. Hrozí tím zničení čidla.

Tabulka přepočtu koncentrace v ppm na % a naopak

Koncentrace v %	100	1	0,01	0,0001
Koncentrace v ppm	1 000 000	10 000	100	1

Upozornění:

Pro správnou činnost vyžaduje sonda ve svém okolí kyslík. Není určena pro použití v prostředí s vysokou koncentrací plynu. Některé chemické látky (např. na bázi S, P, As) nebo vysoká koncentrace plynu mohou čidlo sondy poškodit.

Plynová sonda PS70 pro detekci O₂

Sonda PS70 je určena pro zjišťování koncentrace kyslíku v ovzduší. Její použití umožňuje detekovat pokles koncentrace, který by mohl ohrozit zdraví osob v kontrolovaném prostoru. S pomocí této sondy nelze provádět analýzu plynné směsi – například zjišťovat kyslík ve spalinách nebo jednotlivé složky v některých speciálních plynných směsích při vysokém nebo nízkém tlaku. V sondě je pro detekci používáno elektrochemické čidlo.

Technické parametry:

Maximální rozsah detekce	30% objemu kyslíku
Detekované plyny	kyslík
Předpokládaná doba životnosti čidla	více jak 2 roky (podle četnosti použití)
Přesnost měření	5% z rozsahu
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	cca 50 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
2. Před zahájením vlastního měření se sonda stabilizuje. Po tuto dobu je na displeji zobrazeny hodiny s pohybuující se ručičkou.
3. Stabilizace se provádí ponecháním přístroje v běžném čistém vzduchu, kde se předpokládá koncentrace kyslíku 20,9 %.
4. Po stabilizaci začne přístroj GD550 ihned měřit. Jestliže sonda nebyla delší dobu používána, je vhodné zkontrolovat po dobu několika minut, zda je měřený údaj v čistém vzduchu stabilní a nemění se. Pokud se údaj změní, proveďte novou stabilizaci.
5. Sondu umístíme v kontrolovaném prostoru. K ustálení údaje by mělo dojít do cca 2 minut.
6. Prudké změny teploty mohou mít vliv na měřený údaj, je vhodné ponechat přístroj se sondou ustálit na okolní teplotě po dobu alespoň 20 minut a pak teprve přístroj zapnout.
7. Při použití je nutné dbát na to, aby nedošlo k znečištění, zaplavení nebo mechanickému poškození sondy. Hrozí tím zničení čidla.

Upozornění:

Aby nedocházelo k vysychání elektrolytu čidla, nasad'te vždy po skončení měření a provětrání zpět čidla.

Plynová sonda PS80 pro detekci CO₂

Sonda PS80 je určena pro zjišťování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Její použití umožňuje detekovat nárůst koncentrace, který by mohl ohrozit zdraví či pohodu osob v kontrolovaném prostoru. Vedle hodnoty koncentrace CO₂ je zobrazována také informativní hodnota teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Do paměti je ukládána pouze hodnota koncentrace CO₂. V sondě je pro detekci používáno infračervené čidlo s dlouhou stabilitou.

Technické parametry:

Detekované plyny	oxid uhličitý
Rozsah měření CO ₂	400 až 5 000 ppm
Přesnost měření CO ₂	± (30 ppm + 3% hodnoty)
Přesnost měření teploty	1°C
Přesnost měření relativní vlhkosti	3 %
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	cca 50 hodin
Požadovaná verze firmware	2.0 a vyšší

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
2. Před zahájením vlastního měření se sonda stabilizuje. Po tuto dobu je na displeji zobrazeny hodiny s pohybující se ručičkou.
3. Po stabilizaci začne přístroj GD550 ihned měřit.
4. Sondu umístíme v kontrolovaném prostoru. K ustálení údaje by mělo dojít do cca 1 minuty.
5. Prudké změny teploty či vlhkosti mohou mít vliv na měřený údaj, je vhodné ponechat přístroj se sondou ustálit na okolní teplotě po dobu alespoň 20 minut a pak teprve přístroj zapnout.
6. Při měření je třeba dbát o to, aby čidlo detektoru nebylo přímo ovlivněno vzduchem vydechovaným obsluhou přístroje.
7. Při použití je nutné dbát na to, aby nedošlo k znečištění, zaplavení nebo mechanickému poškození sondy. Hrozí tím zničení čidla.

Plynová sonda PS42 pro detekci chladiva

Sonda PS42 slouží pro detekci chladiva na bázi freonu. S její pomocí je možné odhalit úniky chladiva z rozvodů a uzavřených technologických celků. U sondy je pro detekci používáno neselektivní žhavené polovodičové čidlo. Čidlo reaguje jak na chladiva, tak na širokou řadu hořlavých látek.

Technické parametry:

Maximální rozsah detekce	2000 ppm
Detekované plyny	R32, R134a, R1234ze, ...
Standardní kalibrace	druh plynu podle požadavku zákazníka
Přesnost měření	10% rozsahu
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru	více jak 12 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme jej.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 nahřívat sondu na pracovní teplotu. Po tuto dobu jsou na displeji zobrazeny hodiny s pohybuující se ručičkou.
3. Po ukončení úvodního žhavení se na displeji objeví měřená hodnota.
4. Sondou pomalu posunujeme v malé vzdálenosti podle kontrolovaného objektu. V menu můžeme nastavit úroveň, od které se ozve varovný signál.
5. Při kontrole je nutné dbát na to, aby se sonda nedotýkala přímo objektu. Hrozí tím znečištění a případně zničení čidla sondy.
6. U sondy je potřeba sledovat, zda nedošlo k znečištění filtru před čidlem. V případě potřeby stáhněte plastovou pružnou krytku a vyměňte filtr za nový dobře prodyšný kus.

Upozornění:

Sonda využívá neselektivní čidlo, které může být ovlivněno například hořlavými látkami v okolí.

Pro správnou činnost vyžaduje sonda ve svém okolí kyslík. Není určena pro použití v prostředí s vysokou koncentrací plynu. Některé chemické látky (např. na bázi S, P, As) nebo vysoká koncentrace plynu mohou čidlo sondy poškodit.

Tlakové sondy TS02, TS05, TS15, TS75, TS250, TS750, TS6M

Tlakové sondy TS02, TS05, TS15, TS75, TS250, TS750 a TS6M umožňují ve spolupráci s přístrojem GD550 měřit přetlak nebo podtlak plynného média.

V sondě je použito diferenční tlakové čidlo, které snímá rozdíl tlaků přivedených do dvou vstupních hadiček. Sonda TS05 využívá průtokové čidlo, pro správný provoz je tak nezbytné použít dostatečný průřez hadiček a nepřesáhnout maximální doporučenou délku hadiček. Průtokové čidlo nezajišťuje tlakovou těsnost měřeného prostředí.

Tlaková sonda TS02 je určena k měření rozdílu velmi nízkých tlaků. Lze ji použít ke zjištění tlakových poměrů při kontrole tahu komína apod.

Sondy TS02, TS05, TS15, TS75 a TS250 mají dva vývody, na které lze připojit vhodnou hadičku. Sondy TS750 a TS6M umožňují ve spolupráci s přístrojem GD550 měřit přetlak plynného média vůči atmosférickému tlaku na vyšších rozsazích. Vstup sond je připraven pro našroubování na testované místo.

Technické parametry:

TS02:

Max. rozsah měření:	± 200 Pa
Rozlišení tlaku:	0,1 Pa
Přesnost měření:	1 %

TS05:

Max. rozsah měření:	± 500 Pa
Rozlišení tlaku:	0,1 Pa
Přesnost měření:	1 %
Maximální délka přívodních hadiček:	3 m
Minimální průřez hadiček:	5,0 mm ² (vnitřní průměr větší než 2,5 mm)
Požadovaná verze firmware	3.0 a vyšší

TS15:

Max. rozsah měření:	± 15 kPa
Rozlišení tlaku:	10 Pa
Přesnost měření:	0,5 %

TS75:

Max. rozsah měření:	± 75 kPa
Rozlišení tlaku:	100 Pa
Přesnost měření:	0,5 %

TS250:

Max. rozsah měření:	± 250 kPa
Rozlišení tlaku:	100 Pa
Přesnost měření:	0,5 %

TS750:

Max. rozsah měření:	± 15 kPa
Rozlišení tlaku:	1 kPa
Přesnost měření:	1 %

TS6M:

Max. rozsah měření:	± 6 MPa
Rozlišení tlaku:	10 kPa
Přesnost měření:	1 %
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru:	cca 50 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 ihned zobrazovat měřený tlak. Podle toho, zda chceme měřit přetlak nebo podtlak, použijeme příslušný tlakový vstup sondy TS02, TS05, TS15, TS75, TS250. U sond TS750 a TS6M je možné měřit pouze přetlak proti atmosféře. Tyto sondy je vhodné předem připravit (našroubovat) k měřenému objektu.
3. Údaj na displeji je zobrazen v jednotkách Pa nebo kPa či MPa dle dané sondy. Údaj rozdíl tlaku mezi oběma vstupy či proti okolní atmosféře.
4. Při nezapojených tlakových vstupech je možné údaj vynulovat levým horním tlačítkem označeným *NULL* na displeji (mimo sondy TS05).

Upozornění:

Tlakové sondy nejsou odolné vůči vyššímu tlaku, než který je uveden v technických parametrech. Při překročení mezního tlaku nebo mezního rozdílového tlaku dojde ke zničení snímače tlakové sondy! Před používáním TS02 si přečtěte návod „Použití tlakové sondy TS02“.

Pozor, tlaková sonda TS05 využívá průtokové tlakové čidlo a nezajišťuje tak tlakovou těsnost měřeného prostředí.

Teplotní sondy T205, T405

S přístrojem GD550 je možné provádět měření teploty plynného nebo kapalného média při použití sond T205 nebo T405. Odporový teplotní snímač je umístěn ve špičce nerezového hrotu o průměru 3 mm.

Technické parametry:

Max. rozsah měření:	220°C – T205 400°C – T405
Rozlišení teploty:	0,1°C – T205 1°C – T405
Přesnost měření:	1 %
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru:	cca 50 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
2. Po zapnutí a stabilizace začne přístroj GD550 ihned zobrazovat měřenou teplotu.
3. Hrot sondy vsuneme do měřeného média. Přitom dbáme, aby teplota plastové rukojeti nepřekročila teplotu 70°C.
4. Nedoporučujeme teplotní sondu dlouhodobě namáhat maximální teplotou.

Upozornění:

Teplotní sondy nejsou odolné vůči překročení mezních teplot, které jsou uvedeny u každé sondy v technických parametrech. Při překročení mezní teploty dojde ke zničení teplotní sondy!

Napěťová sonda VKAB

Napěťová sonda slouží k měření bezpečného nízkého stejnosměrného elektrického napětí. Můžeme ji použít pro kontrolu stacionárních systémů detekce, kdy potřebujeme zkontrolovat hodnotu napájecího napětí, případně jiných hodnot bezpečného nízkého napětí v systému. Sonda je určena pouze pro měření kladného napětí.

Technické parametry:

Max. rozsah měření:	0 V až 50 V
Přesnost měření:	5%
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru:	cca 100 hodin

Postup použití:

1. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
2. Po zapnutí začne přístroj GD550 ihned zobrazovat hodnotu měřeného napětí.
3. Pokud přístroj ukazuje 0 V ověříme, že měříme správnou polaritu napětí (červený vodič je plus, černý je zem) – přístroj nezobrazuje záporné napětí.

Upozornění:

Maximální dovolené napětí, které může být sondou měřeno je 50 V dc. Sonda nesmí být použita k měření síťového napájení – hrozí úraz či smrt!

Proudová sonda AKAB

Proudová sonda slouží k měření stejnosměrného proudu. Můžeme ji použít pro kontrolu a kalibraci proudových smyček 4 – 20 mA u stacionárních systémů detekce, kdy potřebujeme určit hodnotu proudu. Sonda je určena pouze pro měření kladného proudu. U záporných hodnot je zobrazováno 0 mA.

Technické parametry:

Max. rozsah měření:	0 až 50 mA
Přesnost měření:	5%
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru:	cca 100 hodin

Postup použití:



1. Přerušíme proudovou smyčku a do série s měřeným detektorem zapojíme proudovou sondu. U detektorů GSU2N či GSC4 můžeme použít přerušovací propojku, která je připravena pro tento účel (více informací naleznete v návodu daných detektorů).
2. Sondu připojíme k přístroji GD550 a zapneme přístroj.
3. Po zapnutí začne přístroj GD550 ihned zobrazovat hodnotu proudu protékajícího sondou.
4. Pokud je zobrazována hodnota 0 mA vyzkoušíme otočit konektor sondy (změníme polaritu proudu).

Analyzátorová sonda AS01 nebo AS02

Sonda AS01 (AS02) slouží k nastavení plynových spotřebičů pomocí rozboru spalin. Pro bližší informace nahlédněte do samostatného návodu pro tyto sondy.

Připojení tiskárny ke GD550

Ke GD550 je možné pomocí propojovacího kabelu připojit jednoduchou tiskárnu na termopapír a vytisknout data uložené v GD550. Standardně je dodávána tiskárna na termopapír o šířce 58 mm, která je vybavena vlastními akumulátory.

Po propojení tiskárny a GD550 zapneme přístroj a šipkami   zvolíme soubor, který budeme tisknout. Je možné zvolit soubory typu `.csv`, které jsou generovány při uložení záznamu či historie měření sondami. Případně je možné zvolit soubor typu `.txt`, kam se ukládá záznam při měření analyzátorovou sondou AS01 či AS02.

Pomocí pravého horního tlačítka odešleme pokyn k vytištění. Levé horní tlačítko slouží k vymazání souboru z paměti přístroje.


Pokud chceme, aby se tiskla také hlavička, kde jsou uvedeny například kontaktní údaje na firmu, je nutné GD550 připojit pomocí USB kabelu k PC. GD550 se připojí jako standardní USB flash paměť. Do hlavního adresáře tohoto disku uložíme například pomocí programu *Poznámkový blok* soubor s názvem `GD550head.txt`. Text, který je zde uložen, je pak automaticky vytisknut před každý tištěný soubor. V případě problémů je nutné ověřit, že soubor s hlavičkou má správné jméno a je opravdu typu `.txt`. Zároveň je nutné se vyhnout speciálním znakům a znakům s diakritikou (písmena s háčky či čárkami), neboť tiskárna má omezenou znakovou sadu.



GD550 vypneme dlouhým podržením levého horního tlačítka.

Pro připojení tiskárny je u GD550 nutná verze firmware 2.0 a vyšší.

Bezdrátový modul WA02

- Pro bezdrátovou kalibraci detektorů řady GI30W
- Ovládání při kalibraci a při deaktivaci výstupů detektoru
- Možnost adresování detektorů při kalibraci
- Požadovaná verze software 2.0 a vyšší



Modul zapojujeme při vypnutém přístroji GD550. Po zapnutí GD550 můžeme pomocí šipek   u GD550 nastavit adresu¹ GI30WN/K, kterou budeme ovládat a to v rozmezí 0 až 7, případně zvolit *Univerzální*, kdy na ovládání budou reagovat všechny detektoru GI30WN/K v dosahu, bez ohledu na nastavenou adresu u GI30WN/K.

Pomocí levého horního tlačítka můžeme přepnout na volbu povelu. Lze poslat následující povely:

- kalibrace stupně I
- kalibrace stupně II
- kalibrace stupně III
- blokace výstupů (po dobu 2 minut reaguje detektor na přítomnost plynu pouze svícením červených LED, výstupy jsou neaktivní)

Pravé horní tlačítko slouží k odeslání příkazu. GD550 vypneme dlouhým podržením levého horního tlačítka.

Postup při kalibraci

Nejdříve je nutné provést kalibraci stupně II, kdy se stupně I a III se automaticky nastaví přibližně na polovinu a více jak dvojnásobek hodnoty stupně II. Stupeň I či III je možné kalibrovat následně.

1. Detektor vystavíme čistému vzduchu po dobu alespoň 15 minut.
2. Odešleme povel **Kalibrace II**. Rozsvítí se modrá LED, červená LED II se rozblíká a deaktivují se poplachové výstupy.

¹Popis nastavení adresy GI30W je popsán v technických podmínkách a návodu k použití stacionárních detektorů GI30WN a GI30WK <https://jto.cz/pdflist/gi30wn.pdf> či <https://jto.cz/pdflist/gi30wk.pdf>.

3. Během blikání červené LED II přivedeme kalibrační plyn pro stupeň II.
4. Opět odešleme povel **Kalibrace II**. (Pokud není přijat povel do jedné minuty od bodu 3, tak se detektor uvede zpět do normálního chodu).
5. Modrá LED krátce zhasne, červená LED II se rozbliká rychleji, po desíti sekundách začne nepřetržitě svítit. Stále máme přiveden kalibrační plyn, než se červená LED II opět rozbliká.
6. Odpojíme kalibrační plyn a detektor vystavíme čistému vzduchu.
7. V případě úspěšné kalibrace zabliká červená LED II spolu se zelenou LED (modrá LED svítí) a nové kalibrační konstanty pro stupeň I, II a III byly uloženy do paměti přístroje. Pokud nastala chyba při kalibraci, bliká společně červená LED II, žlutá LED a modrá LED. V tomto případě postupujte dle návodu pro GI30WN/K. Pokud nastane libovolná chyba při kalibraci, tak se kalibrační konstanty nepřepisují a zůstanou na původní hodnotě.
8. Jakmile doblíká červená LED II a modrá LED zhasne, stává se detektor opět plně funkčním.
9. Obdobně můžeme postupovat při následné kalibraci stupně I a III. V tomto případě se ukládají pouze hodnoty pro stupeň I respektive stupeň III.
10. GD550 vypneme dlouhým podržením levého horního tlačítka.

Co dělat když. . .

Chcete otestovat funkčnost sondy PS30, PS32, PS33 nebo PS51?

Sondu připravenou k provozu podržte ve vzdálenosti asi 1 cm od textilu namočeného do lihu. Na displeji by měla rychle vzrůst hodnota a ozvat se akustický signál.

Na displeji je nápis „Chyba sondy“ a přístroj píská?

Došlo k odpojení sondy pod napětím. Sonden nelze odpojovat a připojovat při zapnutém přístroji!


Na displeji jsou 3 otazníky?

V tomto případě je signál přicházející ze sondy do přístroje GD550 mimo přípustné hranice. Zkontrolujte připojení sondy (zasunutí konektoru, poškození kabelu). Je-li připojení v pořádku, pošlete sondu s přístrojem na opravu.

Došlo k chybě při ukládání hodnot do paměti GD550?

GD550 připojte k PC a zkontrolujte, zda paměť není zaplněna. Případně zkontrolujte, zda je v GD550 správně nastaveno datum a čas.

Přístroj nereaguje a nejde vypnout?

Pokud je přístroj připojen do PC či je připojen adaptér, tak jej odpojte a následně po dobu cca 5 sekund držte stisknuté levé horní tlačítko nad symbolem .

Máte s přístrojem potíže, které neumíte odstranit?

Kontaktujte výrobce – J.T.O. System, s.r.o. nebo přístroj s popisem problému zašlete na opravu.

Servis

Záruční a pozáruční servis nebo technickou pomoc lze zajistit na adrese:

J.T.O. System, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 843 343

Je-li přístroj vyřazen z provozu, je nutné jej zlikvidovat ekologickým způsobem – tj. předat firmě s oprávněním k likvidaci elektroodpadu.



J.T.O. System, s.r.o.

1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

<https://www.jto.cz>

posta@jto.cz

Telefon:

+420 571 843 343

+420 571 843 601

mobil +420 602 546 347

mobil +420 775 646 347